

Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Котляревського, 5, Рівненська область, 33028 (далі — Замовник) закупівлю Код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, 33157110-9 Кисневі маски (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний, код за УКТЗЕД 9019 20 00 00- Маска киснева з резервуаром нереверсивна (**Маска киснева середньої концентрації для дорослих з головним тримачем та кисневою трубкою 2,1 м, маска киснева середньої концентрації педіатрична з кисневою трубкою 2,1 м**) (далі - Закупівля).

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства, законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Замовник планує проведення *Закупівлі* шляхом проведення спрошені процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» №530 від 17.03.2020 року(далі — Закон), п.3¹ Розділу X “Прикінцеві та переходні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 року № 922-VIII (зі змінами). Наказу МОЗ України від 12 травня 2020 року № 1109 «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» (далі — Інформація):

Кількість (обсяг) товарів:

Маска киснева середньої концентрації для дорослих з головним тримачем та кисневою трубкою 2,1 м	800 шт.
Маска киснева середньої концентрації педіатрична з кисневою трубкою 2,1 м	200 шт.

Строк поставки товарів: на протязі 10 (десяти) робочих днів з дати підписання договору.

Медико-технічні вимоги

Код ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, 33157110-9 Кисневі маски (код НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів" 60856 Набір для проведення кисневої терапії, нестерильний, код за УКТЗЕД 9019 20 00 00- Маска киснева з резервуаром нереверсивна (**Маска киснева середньої концентрації для дорослих з головним тримачем та кисневою трубкою 2,1 м, маска киснева середньої концентрації педіатрична з кисневою трубкою 2,1 м**) (-далі Медико-технічні вимоги)

Маска киснева середньої концентрації для дорослих з головним тримачем та кисневою трубкою 2,1 м, маска киснева середньої концентрації педіатрична з кисневою трубкою 2,1 м повинні бути новими, такими, що не були у використанні.

Маска киснева середньої концентрації для дорослих з головним тримачем та кисневою трубкою 2,1 м. Маска змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка, яка кріпиться через шарнірний з'єднувач та має спеціальну систему захисту від перегинання трубки. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/хв. Повинна постачати максимальну концентрацію кисню не менше 60% 10 л/хв. Одноразового використання. Не містить фталатів DEHP.

Маска киснева середньої концентрації педіатрична з кисневою трубкою 2,1 м. Киснева маска середньої змінної продуктивності для постачання кисню до пацієнта, через рот та ніс. Повинна складатися з кисневої маски, головного тримача та кисневої трубки довжиною не менше 2,1 м. Киснева трубка має спеціальну систему захисту від перегинання трубки, що забезпечує безперервне постачання кисню до пацієнта. Повинна постачати мінімальну концентрацію кисню, що складає не менше 28% 2 л/хв. Одноразового використання. Повинна постачати максимальну концентрацію кисню не менше 50% 8л/хв.

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

Інші вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповісти медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару, що викладені у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена шляхом надання заповненої таблиці, з посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших технічних документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, разом з додаванням оригіналів таких документів (або витягів з документів), або їх завірених копій.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал, або завірену копію декларації про відповідність або сертифікату відповідності (або витягів з них), або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал або завірену копію листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни. Гарантійний лист виробника повинен включати: повну назву учасника, адресуватися Замовнику, містити номер ідентифікатора закупівлі. Допускається надання гарантійного листа учаснику з боку офіційного дистрибутора або іншого представника виробника, при цьому учасник повинен надати належним чином завірену копію документу з боку виробника про повноваження такого офіційного дистрибутора або іншого представника.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тарі.

5. У разі якщо запропонований Учасником товар не відповідає медико-технічним характеристикам або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені умовами оголошенням про проведення спрощеної закупівлі, - пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню.

Фахівець з публічних закупівель

Провізор

Сторожук Ю.І.

Сіліпіна Ю.О.